ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-590	PS/AG/55322

PRODUCTO
Aplicador automático de clips quirúrgicos WECK® Auto Endo5® Automatic, referencias AE05ML y 543965

Nº LOTE
Ver nºs de lote afectados por código de producto en el Anexo 2 de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Teleflex Medical, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Teleflex Medical, C/Quito, s/n Nave 1-5 Pol.Ind.Camporroso, 28806 Alcalá de Henares, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de las referencias AE05ML y 543965 de los aplicadores de clip WECK Auto Endo5 debido a un aumento de quejas relacionadas con cargas erróneas y/o atascos probablemente debidos a una discrepancia en la especificación de uno de los componentes del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 04/11/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: L 8 K 2 V 7 L D F D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89