ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-197	PS/SSH/55704

PRODUCTO

- 6PLUS1® Multilevel Saliva Calibrator Set. Referencia: 73039.
- MassCheck® Cortisol, Cortisone Saliva Control Level I. Referencia: 0349.
- MassCheck® Cortisol, Cortisone Saliva Control Level II. Referencia: 0350.

FINALIDAD PREVISTA

Calibradores y controles para la determinación cuantitativa de cortisol libre y cortisona libre en muestras de saliva humana a través de cromatografía líquida con espectrometría de masas en tándem (LC-MS / MS).

Nº LOTE

Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Teknokroma Analítica S.A., Camí de Can Calders nº 14, Sant Cugat del Vallès, 08173 Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad y cese de utilización, de determinados lotes de 6PLUS1® Multilevel Saliva Calibrator Set, y MassCheck® Cortisol, Cortisone Saliva Control Level I y II, debido a la posibilidad de que presenten una desviación de los valores objetivo, relacionada con la estabilidad en el tiempo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.