ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-594	PS/SSH/55753

PRODUCTO

Desfibriladores/Monitores Philips HeartStart XL+. Referencia: 861290, fabricados antes del 1 de mayo de 2017.

Nº SERIE

La empresa indicará en su nota de aviso los monitores/desfibriladores HeartStart XL+ afectados distribuidos a cada centro.

FABRICANTE

Philips Medical Systems, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica, S.A., C/ María de Portugal 1, 28050 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad, debido a la posibilidad de que el selector de energía de determinados desfibriladores/monitores Philips HeartStart XL+ falle, lo que podría conducir a que el sistema no se encienda, no realice la función seleccionada, o ejecute un choque con un nivel de energía distinto al seleccionado por el usuario.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.