MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-601	PS/SSH/55808

PRODUCTO
Desfibrilador/Monitor Philips HeartStart XL+. Referencia: 861290.

Nº SERIE
La empresa indicará en su nota de aviso los monitores/desfibriladores HeartStart XL+ afectados distribuidos a cada centro.

FABRICANTE
Philips Medical Systems, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A., C/ María de Portugal 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad, actualización del software, y sustitución de la tarjeta procesadora (Processor PCA), que contiene el módulo SOM, de los desfibriladores/monitores Philips HeartStart XL+ modelo 861290, debido a la posibilidad de que puedan fallar al encenderse o intentar reiniciarse, lo que podría conducir a un retraso del tratamiento.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 12/11/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: Q 5 9 G S V F B E 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89