MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-599	PS/NA/55702

PRODUCTO
Catéter vascular Torcon NB Advantage.

FINALIDAD PREVISTA
Catéter estéril de un solo uso indicado en procedimientos angiográficos en el sistema vascular coronario y periférico, incluidas las arterias carótidas.

Nos DE REFERENCIA Y LOTE
Ver referencias y lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Cook Incorporated, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Cook Medical EUDC, Alemania.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de los catéteres Torcon NB Advantage, debido a la posibilidad de que las bolsas que los contienen estén mal selladas por lo que la esterilidad de los productos podría estar comprometida.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 12/11/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: E A W G J T X 4 2 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89