ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-592	PS/CH/55058

PRODUCTO

Sets de agujas de acceso vascular intraóseo Arrow® EZ-IO®:

- Aguja de 15 mm + Kit estabilizador (9018P)
- Aguja de 25 mm + Kit estabilizador (9001P)
- Aguja de 45 mm + Kit estabilizador (9079P)

Nº LOTE

9018P-EE-005	9018P-EU-005	9018P-ME-005	9018P-NO-005	9018P-VC-005
9001P-EE-005	9001P-EU-005	9001P-ME-005	9001P-NO-005	9001P-VC-005
9079P-EE-005	9079P-EU-005	9079P-ME-005	9079P-NO-005	9079P-VC-005

FABRICANTE

Teleflex Medical, Irlanda.

DISTRIBUIDOR

Teleflex Medical. C/Quito, s/n Nave 1-5 Pol.Ind.Camporroso, Alcala de Henares, 28806 Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que el capuchón de seguridad que cubre las agujas de los sets de aguja EZ-IO se desprenda y exponga la aguja, pudiendo ocasionar que ésta sobresalga del envase y si no se detecta provoque una lesión por pinchazo de aguja o ponga en riesgo la esterilidad de la aguja.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.