ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-233	PS/CH/55636

PRODUCTO

Reactivos “Alinity c Carbon Dioxide Reagent Kit”, nº de referencia 07P7230 y 07P7220

FINALIDAD PREVISTA

El equipo de reactivos para se utiliza para la determinación cuantitativa de dióxido de carbono en suero o plasma en el analizador Alinity c

Nº LOTES

Nombre del producto	Número de referencia	Número de lote	Fecha de caducidad
Alinity c Carbon Dioxide equipo de reactivos	07P7230	54449UQ03	31MAY2020
	07P7220	54454UQ03	31MAY2020

FABRICANTE

Abbott, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Abbott Diagnostic European distribution, Wiesbaden, Alemania.

ASUNTO

Retirada del mercado y advertencias de seguridad relacionada con determinadas referencias y lotes de los reactivos “Alinity c Carbon Dioxide Reagent Kit”, debido a la posibilidad de que el dióxido de carbono (CO_2) atmosférico pueda ser absorbido por los reactivos y, en consecuencia, se obtengan resultados incorrectos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.