ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-603	PS/PF/55399

PRODUCTO
Videolaringoscopios C-MAC®, números de catálogo 8401XX y 8403XX (Ver los modelos detallados en la nota de aviso de la empresa)

FINALIDAD PREVISTA
Videolaringoscopios para la intubación endotraqueal y la inspección nasofaríngea de las vías respiratorias superiores.

Nº LOTE
Todos

FABRICANTE
KARL STORZ SE & Co. KG, Alemania

DISTRIBUIDOR
Karl Storz Endoscopia Iberica, S:A:, Parque Empresarial San Fernando – Edificio Munich, 28830 Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización de los manuales de instrucciones de los videolaringoscopios C-MAC® debido a la posibilidad de que las cubiertas de cristal de la cámara y/o de la iluminación led se suelten durante su uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa