ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-610	PS/PF/55755

PRODUCTO

Medio BD CHROMagar™ Orientation:

- Referencia 254107 y nº de lote 9197107
- Referencia 257481 y nº de lote 9197107

FINALIDAD PREVISTA

Medio no selectivo para el aislamiento, identificación directa, diferenciación y enumeración de patógenos del tracto urinario. BD CHROMagar permite la diferenciación e identificación de *Escherichia coli* y *Enterococcus* sin prueba de confirmación.

FABRICANTE

Becton Dickinson GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR

Becton Dickinson S.A., Camino de Valdeoliva s/n, 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid

ASUNTO

Cese de utilización de determinados lotes del medio BD CHROMagar™ Orientation debido a la posibilidad de que contengan contaminación microbiana pudiendo dar lugar a resultados incorrectos, y revisión de resultados previos de muestras de pacientes con colonias azul/beige obtenidas con los lotes afectados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa