ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-609	PS/PF/55750

PRODUCTO
Tubos de solución de limpieza para AQT90 FLEX, referencia 905-843

FINALIDAD PREVISTA
Tubos de solución de limpieza del analizador de sobremesa para inmunoanálisis AQT90 FLEX, que determina en sangre parámetros críticos como marcadores cardiacos, marcadores de sepsis y magnitudes relacionadas con la coagulación y la fibrinólisis.

Nº LOTE
0265 y 0266

FABRICANTE
Radiometer Medical ApS, Dinamarca.

DISTRIBUIDOR
Radiometer Ibérica, S.L., Avda, de Valgrande 8 – Planta 2ª, 28108 Alcobendas, Madrid

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado de determinados números de lote de los tubos de solución de limpieza para AQT90 FLEX, referencia 905-843, debido a que tienen una etiqueta de código de barras incorrecta que al escanearlo puede producir que el software deje de funcionar y el analizador necesite ser reiniciado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa