ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-606	PS/NA/54441

PRODUCTO

Electrodos para Desfibriladores Externos Automáticos (DEAs) CardiAid, modelos CA-10ES, CR-13R y CR-13A.

Nº LOTE

Ver n^{os} de lote afectados en el anexo I de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Cardia International A/S. Dinamarca.

DISTRIBUIDORES

- Caryosa Hygienic Solutions. Ronda General Mitre, 139, entreplanta 1ª, 08022 Barcelona.
- Epicrisi Consultors Sanitaris S.L. C/ Angel Guimerá 25, Pedrasanta. 08181 Sentmenat Barcelona.
- Excell Developments S.L. C/ Poeta Ángel González 7, 33204 Gijón, Asturias.
- Proclinic S.A. C/ del Ombú 3, 5ª planta, 28045 Madrid.
- Tecnomed 2000 S.L. C/ de Palos de la Frontera, 4, 28012 Madrid.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados lotes de los electrodos para los DEAs CardiAid, CA-10ES, CR-13R y CR-13A, y reemplazo de los citados electrodos que ya estuvieran conectados a los DEAs, debido a que pueden presentar un contacto parcialmente defectuoso entre el terminal de la anilla del cable y el reblón, lo que puede derivar en una pérdida temporal o permanente de la continuidad de la descarga.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso del Fabricante.
- Notas de aviso de los distribuidores.