# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2019-619 | PS/CH/55965 |

**PRODUCTO**
Desinfectante OPASTER'ANIOS 4x5 Litros

**FINALIDAD PREVISTA**
Desinfectante de productos sanitarios: material quirúrgico y médico, material de endoscopia y material termosensible.

**Nº LOTE**
Ver referencias y nº de lote afectados en Anexo II adjunto a esta alerta.

**FABRICANTE**
Laboratorios Anios, Francia.

**DISTRIBUIDOR**
Instrunet Hospital SLU; Ctra. Sabadell a Granollers, Km 14,5 (C-155) 08185 Lliçà de Vall, Barcelona.

**ASUNTO**
Cese de la utilización y retirada del mercado de determinados lotes de Desinfectante OPASTER'ANIOS, debido a que pueden estar contaminados por *Pseudomonas oryzihabitans y Delftia acidovorans.*

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**
- Nota de aviso del distribuidor Instrunet Hospital.
- Anexo II referencia y lotes afectados- Fabricante