ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-614	PS/CGG/56068

PRODUCTOS

- Sistema Flexitron HDR/PDR, modelo 136149
- Sistema Flexitron Co-60, modelo 136005

FINALIDAD PREVISTA

Sistema de braquiterapia terapéutica

FABRICANTE

Elekta Nucletron B.V, Holanda

DISTRIBUIDOR

Elekta Medical S.A.U., C/Manuel Tovar 43, 28034 Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que el fallo de un componente del cable de comprobación interno o del mecanismo de la guía del cable de fuente de los sistemas Flexitron HDR/PDR y Flexitron Co-60, produzca una interrupción del tratamiento o un posicionamiento incorrecto de la fuente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa