MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-605	PS/NA/55387

PRODUCTO
Malla acetabular X-Change pequeña (6 pétalos), referencia 0942-8-025.

FINALIDAD PREVISTA
Malla quirúrgica destinada para el refuerzo del hueso o tejido en la artroplastia total y parcial de cadera.

Nº DE LOTE
G6091225.

FABRICANTE
Howmedica Osteonics Corp., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Stryker Iberia S.L., sita en C/ Sepúlveda 17, 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote G6091225 de las mallas acetabulares X-Change pequeña de 6 pétalos, ref. 0942-8-025, debido a que determinadas cajas contienen la malla acetabular X-Change pequeña de 4 pétalos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 25/11/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: R 8 Q V Y C W 9 1 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89