MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2019-634	PS/MRG/55487

PRODUCTO
Cámara de humidificación autoalimentada DEAS. REF 04314, comercializada de forma individual ó con los circuitos respiratorios.

FINALIDAD PREVISTA
Cámara de humidificación de autollenado para ventilación invasiva (pacientes con by-pass de las vías aéreas) y no invasiva.

REFERENCIA Y Nº LOTE
Ver referencias y números de lote en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
DEAS S.R.L., Italia

DISTRIBUIDOR
Bemasce Tecnica S.L., c/Edimburgo 14, P.I. Europolis, Las Rozas, Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de las cámaras de humidificación autoalimentadas DEAS, debido a la posibilidad de que se produzca un sobrellenado de agua en caso de impacto violento o caída del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

1. Nota de aviso empresa
2. Instrucciones de uso del producto.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 26/11/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: P 2 X C G K P 8 3 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89