ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-632	PS/PF/55680

PRODUCTO
Solución Giemsa para sistemas automáticos, (referencia Sysmex: 75030SX100) y (Ref. Roche: 08059357001)

FINALIDAD PREVISTA
La tinción de Giemsa es un método habitual para el examen de frotis sanguíneos, cortes histológicos y otro tipo de muestras biológicas.

Nº LOTE
I88021 y I97523

FABRICANTE
Ral Diagnostics, Francia

DISTRIBUIDOR
Roche Diagnostics S.L.U., Av. De la Generalitat 171-173, E-08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

ASUNTO
Cese de utilización de determinados lotes de la Solución de Giemsa, (referencia Sysmex: 75030SX100) y (Ref. Roche: 08059357001), debido a la posibilidad de que, por un defecto en la solución, se puedan obtener tinciones demasiado oscuras o demasiado pálidas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa