ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-631	PS/PF/55823

PRODUCTO
iChemVELOCITY Urine Chemistry System e iQ200 Series Urine Microscopy Analyzer

FINALIDAD PREVISTA
El Sistema iChemVELOCITY Urine Chemistry se utiliza para la determinación rápida de bilirrubina, cetona (ácido acetoacético), ácido ascórbico, glucosa, proteína (albúmina), sangre, pH, nitrito y leucocitos en orina.
El Analizador iQ200 Series Urine Microscopy proporciona resultados automatizados de microscopía en muestras de orina.

FABRICANTE
Beckman Coulter Ireland Inc., Irlanda.

DISTRIBUIDOR
Beckman Coulter S.L.U., Torre Realia, Plaza Europa 41 – 43, 4ª planta, 08908 L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona

ASUNTO
Advertencias de seguridad debido a que los sistemas iChemVELOCITY e iQ200 no alertan al usuario cuando se asocia el mismo ID de espécimen a distintos pacientes, pudiéndose transmitir resultados incorrectos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa