ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-628	PS/AG/55782
PRODUCTO Antígeno de Inmunodifusion (ID) de Histoplasma, referencia H50110	
Nº LOTE L106909	
FABRICANTE IMMY, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Palex Medical S.A, Jesús Serra Santamans, 5, 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona.	
ASUNTO Cese de utilización del lote L106909 del Antígeno de Inmunodifusion (ID) de Histoplasma, referencia H50110, debido a la posibilidad de obtener resultados falsos positivos, y revisión de los resultados obtenidos con este lote.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	