ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-645	PS/NA/55880

PRODUCTO

Nombre comercial	Número de catálogo
respirador bellavista 1000	301.100.000
respirador bellavista 1000 NEO	301.100.060
respirador bellavista 1000e 17,3"	301.100.100
respirador bellavista 1000 Set	301.100.200

FINALIDAD PREVISTA

Ayuda respiratoria/soporte vital para pacientes adultos, pediátricos y neonatos.

Nº SERIE

Ver n^{os} de serie afectados en el anexo B de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

imtmedical ag., Suiza.

DISTRIBUIDOR

Linde Médica S.L.U. C/ Camino de Liria s/n, Apdo. Correos 25, Puçol, 46530 Valencia.

ASUNTO

Advertencias de seguridad y actualización del software, de determinados respiradores Bellavista 1000, con generación de hardware G6, debido a que la pantalla táctil puede de forma intermitente no responder a los datos introducidos por el usuario.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.