MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2019-656 | PS/PF/56259 |

**PRODUCTO**

Bombas de insulina MiniMed™ serie 600:

- Bombas MiniMed™ 640G, modelos MMT-1711 y MMT-1712
- Bombas MiniMed™ 670G, modelos MMT-1780, MMT-1781 y MMT-1782

**FINALIDAD PREVISTA**

Administración continua de insulina para el control de la diabetes mellitus en personas que requieren insulina.

**FABRICANTE**

Medtronic MiniMed, EEUU.

**DISTRIBUIDOR**

Medtronic Ibérica, S.A., C/ María de Portugal 11, 28050 Madrid.

**ASUNTO**

Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que el reservorio de determinadas bombas de insulina MiniMed™ serie 600, se suelte y no se pueda volver a fijar en la bomba debido a la rotura o a la pérdida del anillo de retención.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS**

- Nota de aviso empresa para profesionales sanitarios
- Nota de aviso empresa para pacientes
- Nota de aviso empresa para distribuidores
- Nota informativa AEMPS PS, 30/2019

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios**
**Fecha de la firma: 03/12/2019**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es*
**Localizador: X V E R 2 K R 2 B 9**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89