ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-664	PS/CH/56311

PRODUCTO
Test de Embarazo ClearBlue Digital con indicador de Semanas-1CT.

Nº DE LOTE
MSP947/1SA, MSP948/1SB, MSP946/1SB, MSP944/2SB, MSP943/1SA, MSP944/1SB, MSP947/1SB, MSP950/2SA, MSP950/2SB

FABRICANTE
SPD Swiss Precision Diagnostics, GmbH, Suiza.

DISTRIBUIDOR
Procter & Gamble España S.A., sita en el Avenida de Bruselas 24, Alcobendas 28108, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de Test de Embarazo ClearBlue Digital con indicador de Semanas-1CT, debido a que se han fabricado y distribuido con unas instrucciones de uso incorrectas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Nota informativa AEMPS PS,31/2019