ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-647	PS/PRV/56308

PRODUCTO
Alinity s Chagas Reagent Kit. Referencia 06P0845

FINALIDAD PREVISTA
Ensayo de inmumnoanálisis quimioluminiscente de micropartículas (CMIA) utilizado para la detección cualitativa de anticuerpos frente a *Trypanosoma cruzi* (el agente causal de la enfermedad de Chagas) en suero y plasma humanos, incluyendo especímenes recogidos *post mortem* (sin latido cardiaco), en el sistema Alinity s.

Nº LOTE
95588LI00, 01166BE00, 03103BE00, 05519BE00, 08395BE00

FABRICANTE
Abbott, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Abbott Diagnostic European distribution, Wiesbaden, Alemania.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con la posibilidad de obtener resultados falsamente reactivos con el análisis de Chagas cuando se calibran y se procesan en la misma línea los test Alinity s Chagas Reagent Kit y Alinity s Syphilis Reagent Kit (Referencia 06P0955), y revisión de los resultados ya comunicados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa