ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-659	PS/PF/54985

PRODUCTO
Placas para fémur distal lateral LOQTEQ® PP.
Referencias: PF 4520-09-2, PF 4521-09-2, PF 4520-11-2, PF 4521-11-2, PF 4520-13-2, PF 4521-13-2, PF 4520-15-2, PF 4521-15-2, PF 4520-17-2, PF 4521-17-2

FINALIDAD PREVISTA
Placas para el tratamiento de fracturas de la porción distal del fémur y fracturas periprotésicas del fémur.

Nº LOTE
Todos los lotes

FABRICANTE
Aap Implantate AG, Alemania

DISTRIBUIDOR
MBA Incorporado S.L., Avenida del Jardín Botánico (silos del Intra) 1345, 33203 Gijón, Asturias

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con la utilización de determinadas placas para fémur distal lateral LOQTEQ® PP para reducir el riesgo de fallo del implante.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa