ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-654	PS/PF/55735

PRODUCTO

Instrumentos MicroScan WalkAway-40 plus (referencia B1018-283), MicroScan WalkAway-96 plus (referencia B1018-284), DxM 1040 MicroScan WalkAway (referencia B1018-440) y DxM 1096 MicroScan WalkAway (referencia B1018-496)

FINALIDAD PREVISTA

Los Instrumentos MicroScan WalkAway se han diseñado para utilizarlos como herramientas de diagnóstico para determinar la identificación in vitro, así como los patrones de susceptibilidad antimicrobiana, de microorganismos aislados de muestras clínicas.

Nº SERIE

Ver los números de serie afectados en la Tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Beckman Coulter, Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Beckman Coulter S.L.U.:

- Torre Realia, Plaza de Europa 41-43, 4ª planta, 08908 L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona
- Calle de Valgrande 8, 28108 Alcobendas, Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que determinados Instrumentos MicroScan WalkAway puedan tener un conector de entrada de alimentación de corriente alterna (CA) incorrecto, de 1 A (amperio) en lugar de 10 A, lo que podría producir la pérdida completa de alimentación de los instrumentos, después de un cierto tiempo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa