ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-655	PS/PF/55034

PRODUCTO
Equipo de recarga MedStream, números de componente 91-4289 y 91-4290, y Equipo de recarga de la serie 3000 de Codman, número de componente AP-07014

FINALIDAD PREVISTA
Los equipos de recarga MedStream están destinados a vaciar y recargar el reservorio para medicamentos de las bombas de infusión MedStream.

Nº LOTE
Ver números de lote afectados en la Tabla 1 de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Codman & Shurtleff, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Johnson & Johnson, S.A., Paseo de las Doce Estrellas 5-7, 28042 Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados referencias y lotes de equipos de recarga MedStream y equipos de recarga de la serie 3000 de Codman, al incluir apósitos adhesivos que no disponen de marcado CE, por lo que deben desecharse y utilizar otros apósitos adhesivos con marcado CE.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa