MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-667	PS/CGG/55992

PRODUCTOS

Camas de enfermería equipadas con los motores Limoss MD200 (código de artículo 450792/800.00453):

- Cama de cuidados intensivos para niños Kängbo
- Belluno
- Livorno
- Domiflex
- Ancona
- Eloflex
- Valeo.flex

N^{os} SERIE AFECTADOS EN ESPAÑA

91209406, 91300486, 91209406, 91300486, 91205307, 91209406, 91300486, 91209406, 91300486, 91300486

FABRICANTE

Hermann Bock GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR

Ferran Asensio Jou, C/ Camí dels Paperers 14, 08770 Sant Sadurní d´Anoia, Barcelona

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que en determinadas camas de enfermería equipadas con los motores Limoss MD200, fabricados entre enero del 2012 y enero del 2013, se produzca un error en la batería de bajada de emergencia del respaldo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 04/12/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: X Q C C 6 P F 3 D F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89