ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-657	PS/CGG/55845

PRODUCTO

Medidores de glucosa en sangre:

- Accu-Chek® Aviva
- Accu-Chek® Performa

N^{os} SERIE

- Accu-Chek® Aviva: entre XXX05000001 y XXX06335297 y entre XXX20000000 y XXX23284925
- Accu-Chek® Performa: entre XXX20000000 y XXX25525056

FABRICANTE

Roche Diabetes Care GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR

Roche Diabetes Care Spain S.L., Av. Generalitat 171-173, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinados medidores de glucosa en sangre Accu-Chek® Aviva y Accu-Chek® Performa, debido a la posibilidad de que un problema durante el proceso de fabricación produzca un agotamiento acelerado de la batería del medidor.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Nota informativa AEMPS PS, 30/2019