ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-661	PS/PF/56374

PRODUCTO
Kit VIDAS® VZG, referencia 30217

FINALIDAD PREVISTA
Prueba cualitativa automatizada, para para la detección de anticuerpos IgG contra el virus varicela zoster en suero humano, utilizando la técnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay), en los instrumentos de la familia VIDAS. VIDAS VZG está destinado a ayudar en la valoración de la memoria inmunológica con el virus varicela-zoster.

Nº LOTE AFECTADO EN ESPAÑA
1007410330

FABRICANTE
bioMérieux S.A., Francia

DISTRIBUIDOR
bioMérieux España, C/ Manuel Tovar 45-47, 28034 Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización del lote 1007410330 del Kit VIDAS® VZG, referencia 30217, debido a la posibilidad de que la calibración sea inválida o que la calibración no sea adecuada dando lugar a resultados falsos positivos y revisión de los resultados obtenidos con el citado lote.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa