ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-672	PS/PF/56412

PRODUCTO
Test de embarazo NADAL® hCG, referencia 141000

Nº LOTE
169757

FABRICANTE
Nal von minden GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR
- Akralab S.L., Polígono Industrial Las Atalayas, Avenida la Antigua Peseta 77, 03114 Alicante
- Cromakit S.L., Calle Tucumán 8, Nave B, 18200 Maracena, Granada

ASUNTO
Advertencias de seguridad debido a que en el envase primario del lote 169757 de los test de embarazo NADAL® hCG, referencia 141000, aparecen unas instrucciones visuales equivocadas y su utilización daría lugar a una interpretación incorrecta de los resultados, por lo que se debe utilizar únicamente la interpretación de resultados incluida en las instrucciones de uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 10/12/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: J J Z Z F S K 6 1 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89