ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-690	PS/PRV/56643

PRODUCTO
Control Químico Líquido de Alta Calidad sometido a Análisis. Número de catálogo LAE 4217.

FINALIDAD PREVISTA
Destinado al diagnóstico *in vitro* en el control de calidad de los análisis de diagnóstico. Se emplea en el control de la precisión.

Nº LOTE
1021UE

FABRICANTE
Randox Laboratories Ltd, Reino Unido.

DISTRIBUIDOR
Laboratorios Randox, S.L., Carrer d'Enric Prat de la Riba 226, 08901 Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de las hojas de valores del lote 1021UE del Control Químico Líquido de Alta Calidad sometido a Análisis, debido a un error de transcripción del valor colorimétrico de lipasa.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 17/12/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: Z 9 R F F A 9 5 2 F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89