ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-687	PS/CGG/56267

PRODUCTO
Cable de oximetría HemoSphere, modelo HEMOXSC100

FINALIDAD PREVISTA
Dispositivo reutilizable diseñado para medir de forma constante la saturación venosa de oxígeno mediante espectrofotometría por reflectancia.

N^{os} SERIE
La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso los números de serie afectados.

FABRICANTE
Edwards Lifesciences LLC, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
Edwards Lifesciences S.L., Ronda Narciso Monturiol, 11 - Bloque A, 46980 Paterna, Valencia

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados números de serie del cable de oximetría HemoSphere, debido a la posibilidad de que un sobrecalentamiento cause un mensaje de error/fallo de mal funcionamiento del cable de oximetría y deje de producir valores de oximetría.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa