MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-676	PS/NA/55138

PRODUCTO

- Soportes para pilares personalizados In-Kone Ø5.5mm +tornillo.
- Falsos muñones In-Kone Universal recto posterior Ø5 mm y Ø6,5 mm+ tornillo.

Ver números de referencia afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA

Implantes de osteointegración para reemplazo de la raíz de un diente ausente por pérdida accidental o patológica, extracción o agenesia.

FABRICANTE

GLOBAL D, Francia.

DISTRIBUIDOR

GLOBAL D, 118 Avenue Marcel Mérieux, 69530 Brignais, Francia.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con la dificultad de extraer el tornillo de prótesis DVPCI-2 durante el mantenimiento de sistemas de implantes dentales In-Kone® y protocolo para la extracción de pilares estándar 2-Ex y bases de titanio Ø5,5.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa
- Protocolo recomendaciones para la extracción de pilares estándar 2-Ex y bases de titanio Ø5,5 en los sistemas de implantes dentales In-Kone®.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 17/12/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: V G X C 7 Z 3 B 9 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89