ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-682	PS/PF/55840

PRODUCTO

Kit 17 α-Hidroxiprogesterona (17-OHP)-RIA-CT, Nº KIP 1409

FINALIDAD PREVISTA

Radioinmunoensayo para la determinación cuantitativa in vitro de la 17 α-Hidroxiprogesterona humana en suero y plasma

Nº LOTE

193606

FABRICANTE

DIAsource InmunoAssays S.A., Bélgica

DISTRIBUIDOR

- Synlab Diagnosticos Globales S.A., Calle Verge de Guadelupe 18, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona
- Laboratorio Dr. Echevarne, Calle Provenza 312, 08037 Barcelona

ASUNTO

Advertencias de seguridad y revisión de los resultados obtenidos con el lote 193606 del Kit 17 α-Hidroxiprogesterona (17-OHP)-RIA-CT debido a la posibilidad de que contuviera por error Progesterona (nº 3114583) como reactivo trazador en lugar de 17OH-progesterona (nº 3114063), lo que produciría CPM (cuentas por minuto) anormalmente bajos para calibradores, controles y pacientes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa