ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-695	PS/AG/56309

PRODUCTO
Aplicación MCG de Dexcom G6 para iOS

FINALIDAD PREVISTA
Aplicación para iOS de los sistemas de monitorización continua de glucosa (MCG) Dexcom G6.

VERSION SOFTWARE
Versiones anteriores a 1.5.4

FABRICANTE
Dexcom Inc., EEUU

DISTRIBUIDOR
Novalab Ibérica S.A.L., calle Argentina 2, Nave A10, 28806 Alcalá de Henares, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de la aplicación MCG de Dexcom G6 para iOS, a la versión 1.5.4, debido a que los usuarios puede que no reciban sus alertas programadas, o que no reciban alarmas o alertas cuando tengan niveles de glucosa bajos o altos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Nota informativa PS-33/2019