ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-697	PS/PF/56551

PRODUCTO
Ventiladores Stellar™ 100 y 150 fabricados entre abril de 2016 y junio de 2017

FINALIDAD PREVISTA
Ventiladores para pacientes adultos y pediátricos (de más de 13 kg) no dependientes y con respiración espontánea que presenten insuficiencia respiratoria o fallo respiratorio, con o sin apnea obstructiva del sueño. Están destinados al uso en el domicilio, centros sanitarios/hospitales y el uso móvil, como en una silla de ruedas.

Nº SERIE
Números de serie que se encuentren entre 20160123307 y 22171057208

FABRICANTE
ResMed Ltd, Australia

DISTRIBUIDOR
ResMed España, Parque Emp. La Finca - Paseo Club Deportivo 1, Edif.17 - 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que en determinados ventiladores Stellar™ 100 y 150 las alarmas sonoras no funcionen correctamente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Nota informativa AEMPS PS 34/2019