MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-685	PS/NA/56320

PRODUCTO AFECTADO
Sondas de nutrición enteral nasoduodenales para adultos ENFit, lastradas con una guía de referencia: NCE2..G.

FABRICANTE
Cair LGL, Francia.

DISTRIBUIDOR
Laboratorios Cair España, S.L.U. C/ Eduardo Torroja 22, Naves 19 y 20. 28823 Coslada. Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de las sondas de nutrición enteral para adultos lastradas con guía, referencia NCE2..G, debido a la posibilidad de que la guía se salga por el ojo distal de la sonda antes de la colocación o durante la colocación al mover la guía, lo que podría provocar una efracción de la pared nasal o esofágica.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 18/12/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: X 3 T 2 V X V 7 C B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89