MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-693	PS/CGG/56711

PRODUCTO
Línea perfusor PCA Valv. Antiretorno, Ref.8726019

Nº LOTE
61676305

FABRICANTE
B.Braun Melsungen AG, Alemania

DISTRIBUIDOR
B.Braun Medical S.A., Carretera de Terrassa 121, 08191 Rubí, España

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado del lote 61676305 de la línea perfusor PCA Valv. Antiretorno, Ref.8726019, debido a la posibilidad de que se produzca una conexión insuficiente entre la línea y el conector en Y, lo que podría resultar en un desprendimiento del mismo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 20/12/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: N N 5 Q 8 V K E 1 B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89