ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-692	PS/NA/56642
PRODUCTO Impactador del T2 Alpha Delta, nº de catálogo 23510050.	
FINALIDAD PREVISTA Instrumental de enclavado intramedular.	
FABRICANTE Stryker Trauma GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Stryker Iberia S.L. C/ Sepúlveda 17, Alcobendas 28108 Madrid.	
ASUNTO Cese de la utilización y retirada del mercado del impactador del T2 Alpha Delta, nº de catálogo 23510050, debido a la posibilidad de que se rompa a la altura de la rosca si se somete a una fuerza elevada durante la implantación o retirada de clavos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa.	