ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-700	PS/CH/56727

PRODUCTO
Sistemas de anestesia Carestation 620/650/650c A1y Carestation 620/650/650c A2

FINALIDAD PREVISTA
Los sistemas de anestesia Carestation 620/650/650c proporcionan anestesia general inhalatoria y soporte ventilatorio a pacientes neonatos, pediátricos y adultos.

Nº SERIE
Ver los números de serie afectados y la forma de identificarlos en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Datex-Ohmeda, Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España, SAU; C/Gobelas, 35-37, CP 28023, Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que determinados números de serie de los Sistemas de anestesia Carestation puedan tener un cable que no esté correctamente conectado, lo que causaría una interrupción de la ventilación mecánica.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa