MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-705	PS/CH/56735

PRODUCTO
Generadores electroquirúrgicos Autocon III 300 y Autocon III 400. Ver modelos afectados en la Nota de Aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Generador electroquirúrgico de alta frecuencia para aplicaciones unipolares y bipolares que permite realizar cortes y coagulaciones electroquirúrgicas.

FABRICANTE
Karl Storz SE & Co. KG, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Karl Storz Endoscopia Ibérica, S.A., Parque Empresarial San Fernando De Henares, Av. de Castilla, 2, 28830 San Fernando de Henares, Madrid.

ASUNTO
Actualización del software de los generadores electroquirúrgicos Autocon III 300 y Autocon III 400, modificando el modo en que aparecen las funcionalidades, de forma que, en adelante figuren con sus designaciones técnicas en lugar de las relativas a las indicaciones.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 26/12/2019
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: L 4 Z P 6 R W B D 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89