ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2019-704	PS/CH/56751
PRODUCTO Limpiador de punta electroquirúrgica, nº catalogo 138029	
Nº LOTE Ver lotes afectados en la Nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Xodus Medical, EEUU.	
DISTRIBUIDOR PRIM, S.A. C/ Yolanda González (antigua calle/F) nº 15, Polígono Industrial nº 1, 28938 Móstoles, Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes del Limpiador de punta electroquirúrgica nº de catálogo 138029, debido a la posibilidad de que las bolsas que los contienen estén mal selladas, por lo que la esterilidad de los productos podría estar comprometida.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	