MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-001	PS/AG/56740
PRODUCTO Llave de extracción Ennovate SZ380R.	
FINALIDAD PREVISTA Destornillador corto para implantes de columna del sistema Ennovate.	
FABRICANTE Aesculap AG, Alemania.	
DISTRIBUIDOR B. Braun Surgical, S.A., carretera de Terrassa, 121, Aptdo 6, 08191 Rubí, Barcelona.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con la llave de extracción Ennovate SZ380R debido a la posibilidad de rotura de los brazos de fijación que anclan la cabeza del tornillo durante el aflojamiento de los tubos percutáneos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 07/01/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: W C 9 P P P F 0 F A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89