MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-003	PS/PPR/56752

PRODUCTO
Implantes de tornillo estériles envasados en tubos estériles para traumatología (tamaño M) con números de referencia terminados con el sufijo TS

FINALIDAD PREVISTA
Fijación, corrección o estabilización temporal de huesos en distintas regiones anatómicas.

Nº LOTES
Ver nº de lotes afectados en la Nota de Aviso de la empresa.

FABRICANTE
DePuy Synthes GmbH, 4436 Oberdof, Suiza

DISTRIBUIDOR
Johnson & Johnson S.A. , Paseo de las Doce Estrellas 5-7, 28042 Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados implantes de tornillo estériles envasados en tubos estériles para traumatología (tamaño M), debido a la posibilidad de que el tapón interior se abra al retirar el tapón, o bien el tubo interior en su conjunto se quede dentro del tubo exterior.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 07/01/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: W B W D D Y 2 1 1 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89