MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-004	PS/PPR/56550

PRODUCTO

Camas hospitalarias:

- Belluno, referencias 281A015 y 281027
- Livorno, referencia 220C500
- Domiflex push, referencia 271A032
- Practico ultral, referencia 422A066
- Domiflex, referencia 261 A 039
- Practico 25/80 225 B 920

Nº SERIE

La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso los nºs de serie afectados.

FABRICANTE

Hermann Bock GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR

Hermann Bock España, calle Camí dels Paperers 14 esc B bajo 2, 08770 Sant Sadurni D´Anoia (Barcelona)

ASUNTO

Advertencias de seguridad y reacondicionamiento de determinadas camas hospitalarias del fabricante Hermann Bock GmbH, Alemania, distribuidas durante el periodo de abril a agosto de 2019, debido a que pueden presentar una base soporte del poste de trapecio en el somier defectuosa.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Instrucciones de montaje

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 07/01/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: S N E K N 3 E D 5 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89