MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-005	PS/PPR/56741

PRODUCTO

- Bandejas de esterilización del endoscopio da Vinci Xi de 8 mm (PN 400498-02)
- Bandejas de esterilización de la cámara de mano (PN 400499-03) de acero inoxidable

FINALIDAD PREVISTA

Accesorios del Sistema de control de instrumentos endoscópicos para procedimientos quirúrgicos da Vinci.

FABRICANTE

Intuitive Surgical Inc, EEUU

DISTRIBUIDOR

ABEX Excelencia Robótica S.L, Paseo de la Castellana nº 95, 28046 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que las bandejas de esterilización del endoscopio da Vinci Xi de 8 mm y de la cámara de mano de acero inoxidable puedan presentar orificios en las fundas o envoltorios que podrían comprometer la esterilidad de los productos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 07/01/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 3 Q A 8 2 A F 9 5 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89