MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2020-010 | PS/CH/56744 |

**PRODUCTO**
Camas de hospital eléctricas Eleganza 5, modelo 1GE5xxxxx-xx, fabricadas entre 2017 y marzo de 2019.

**Nº SERIE**
Del 20160023029 al 20180197688

**FABRICANTE**
LINET spol.s.r.o., Republica Checa.

**DISTRIBUIDOR**
LINET Iberia, calle Bruselas 8, 28232 Las Rozas, Madrid.

**ASUNTO**
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que un componente utilizado dentro del mecanismo de la barandilla de determinadas camas de hospital Eleganza 5, funcione mal, provocando que la barandilla no se bloquee adecuadamente o se atasque en la posición superior.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso de la empresa

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios**
**Fecha de la firma: 07/01/2020**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es*
**Localizador: F W Y C 2 8 E F 1 B**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89