MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-011	PS/CH/56672
PRODUCTO Calentadores de Aire Homoth, con pantalla LC azul, fabricados desde el 2012 hasta la actualidad.	
FINALIDAD PREVISTA Unidad de irrigación calórica	
Nº SERIE AFECTADOS EN ESPAÑA 101408000822, 112308000821	
FABRICANTE Homoth Medizinelektronik GmbH & Co.KG, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Optomic España, S.A., C/ Madroño, 4, CP 28770 Colmenar Viejo, Madrid.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que un defecto en un componente de los calentadores de Aire Homoth pueda causar temperaturas inadmisibles en el flujo de aire y/o en la carcasa de la sonda (pieza de mano).	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso de la empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 07/01/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: P D N Y 4 S Q F 7 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89