MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2020-012	PS/MRG/56746

PRODUCTO

Sutura absorbible monofilamento Biosyn™ y sutura absorbible trenzada Polysorb™.

Ver códigos de artículo y lotes afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Covidien IIc, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Medtronic. WTC Almeda Park, Plaza de la Pau, s/n. Edificio 7, 3º. 08940 Cornellá de Llobregat. Barcelona

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados códigos de artículo y lotes de las suturas absorbibles monofilamento Biosyn™ y suturas absorbibles trenzadas Polysorb™, debido a posibles problemas de integridad del envase, lo que podría comprometer la esterilidad y humedad de los productos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 07/01/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 4 C W B W 7 D 9 1 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89