MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2020-013	PS/MRG/56736

PRODUCTO

Agujas y cánulas oftálmicas VitreQ

Ver productos y referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA

Facilitar la infusión, la irrigación y/o la aspiración de líquidos y gases durante las intervenciones quirúrgicas oftálmicas.

FABRICANTE

VitreQ B.V., Holanda

DISTRIBUIDORES

- MEDICAL MIX, S.L. C/ Amposta 20. 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona)
- ADVANCED VISION IBERIA SL. AVI. C/ Polo Sur, 1. 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias de agujas y cánulas oftálmicas VitreQ debido a la posibilidad de que la bolsa estéril presente un pequeño desgarro, lo que podría comprometer la esterilidad de los productos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 09/01/2020
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: https://sede.aemps.gob.es
Localizador: 7 A 7 4 G 3 L F 9 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89