ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2020-016	PS/PRV/56808

PRODUCTO

- Set de tubos de aspiración Karl Storz Endoskope
- Filtro de insuflación Karl Storz Endoskope
- Set de tubos de insuflación con filtro de gas Karl Storz Endoskope

Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

Nº LOTE

Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Karl Storz SE & Co. KG, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Karl Storz Endoscopia Ibérica, S.A., Parque Empresarial San Fernando De Henares, Av. de Castilla, 2, 28830 San Fernando de Henares, Madrid.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de sets de tubos de aspiración, filtros de insuflación y sets de tubos de insuflación con filtro de gas de Karl Storz Endoskope, debido a la posibilidad de contener mayor cantidad de la esperada de residuo del gas de esterilización (Óxido de Etileno).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa